



Trabalhos Científicos

Título: Protótipo De Copo Para Administrar Líquidos A Recém-nascidos: Avaliação Por Profissionais De Saúde

Autores: SUZANA LOPES DE MELO (UFTM); ANA LUCIA ASSIS SIMÕES (UFTM); LUCIANO BORGES SANTIAGO (UFTM); VIRGÍNIA RESENDE SILVA WEFFORT (UFTM)

Resumo: Objetivo: avaliar a opinião dos profissionais de saúde sobre um protótipo de copo criado especificamente para administrar líquidos a recém-nascidos. Método: Estudo de natureza quase-experimental, quali-quantitativo, realizado com 75 profissionais, sexo feminino. Foi preenchido um questionário não identificado após administrar 10 mL de leite. Resultados: As questões abertas abarcaram 395 unidades de registro: aspectos positivos do copo, com 95,70% das unidades de registro; aspectos negativos, com 2,78% e sugestões para melhoria do copo, com 1,52%. Características dos aspectos positivos: segurança, prazer, facilidade ao cuidador; borda virada para fora, lisa, arredondada; transparência, resistência, proteção contra ferimentos, conforto ao RN, menos perda de leite, estimula a sucção e deglutição; praticidade; ajuda postura e trabalho da língua, favorecem amamentação; dimensões do copo; esterilização/higienização; fluência na ingestão do leite. Características mais destacadas na análise quantitativa: segurança profissional ao executar a técnica, borda lisa, abaulada e protrair língua, 98,7% de aprovação; borda virada para fora, encaixe do copo nas comissuras labiais 97,4%; possibilidade do lábio inferior everter, 96,0%; dimensões 93,3% de aceitação. Conclusão: o copo estudado atendeu às profissionais por proporcionar facilidade, prazer, confiança e segurança ao cuidador, poderá contribuir para mais adeptos ao método de administrar leite com copo e ajudar manter a amamentação.