



Trabalhos Científicos

Título: Triagem Auditiva Neonatal Universal: Passa-Falha Em Recém Nascido Em Unidades De Cuidado Neonatal

Autores: MANOEL COUTINHO FILHO (HGWA); ALAÍDE PINTO BESSA (HGWA); MARIANI HERCULANO DA SILVA LIMA GIFONI (HGWA); JOCELIA MARIA AZEVEDO BRINGEL (HGWA); LUIZ DE MORAES FERREIRA JUNIOR (HGWA); JULIANA TIBURTINO DE QUEIROZ SALES (HGWA); ELEN DOS SANTOS CATUNDA (HGWA); LÍVIA KAROLINE GUIMARÃES DE ALMEIDA (HGWA); ANALICE FONTENELE SILVA CAVALCANTE (HGWA); CAROLINE SAMPAIO SOUSA (HGWA); MARIA CLAUDIA MENDES CAMINHA MUNIZ (HGWA); ADRIANA ITALA ARRUDA (HGWA)

Resumo: Introdução: A análise auditiva vem ganhando importância fundamental nos últimos anos, como forma de prevenir a surdez de causas reversíveis. Isso reflete diretamente na qualidade de vida de forma permanente. Objetivo: Este trabalho objetiva identificar o resultado da triagem auditiva neonatal universal (TANU) em recém-nascidos (RN) na alta. Método: Trata-se de uma pesquisa quantitativa, documental e transversal, realizada no período de janeiro a abril de 2017. Foram analisados os formulários do Serviço de Fonoaudiologia da Unidade Neonatal de um hospital de referência do período de janeiro a dezembro de 2016. Este trabalho é parte de pesquisa aprovado sob nº 017136/2015. Resultados: Em 2016 foram triados 372 RN sendo 201 (54,03%) do sexo masculino 171 (45,97%) recém-nascido termo (RNT), 156 (41,94%) recém-nascido prematuro extremo (RNPTEx) e 45 (12,10%) recém-nascido prematuro tardio (RNPTA). 296 (79,57%) tinham Indicador de Risco para Deficiência Auditiva (IRDA). 264 (70,97%) passaram na TANU, 205 (55,11%) dos RN que passaram tinham IRDA e 17 (4,57%) dos que falharam não tinham sendo retestados em até 30 dias. Destes, 9 (52,94%) falharam no reteste sendo encaminhados para a Rede. Todos os RN com IRDA e os que falham no reteste são encaminhados para a Rede para o monitoramento em Serviço de Audiologia Especializado. Conclusão: A TANU é um procedimento fácil que deve ser realizado antes da alta hospitalar a fim de triar e encaminhar RN para a detecção precoce da perda auditiva.